



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(Росгидромет)

Ордена Трудового Красного Знамени

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

им. А.И. ВОЕЙКОВА»

(ФГБУ «ГГО»)

194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, д. 7

Тел.: (812) 297-43-90, 297-86-70, 297-86-80

Факс: (812) 297-86-61

E-mail: director@voeikovmgo.ru

11.12.2024 № 4694/25

На № _____ от _____

Генеральному директору

ООО «НИКИ МЛТ»

И.Б. Митренину

194100, г. Санкт-Петербург,

ул. Новолитовская, д. 15А, оф. 517

О применении аспиратора АПВ 4МЦ

Уважаемый Игорь Борисович!

В ответ на Ваше обращение № 904 от 21.11.2024 о возможности применения аспиратора АПВ 4МЦ для отбора проб воздуха сообщаем следующее.

Аспиратор воздуха автоматический четырёхканальный АПВ 4МЦ производства ООО «НИКИ МЛТ», внесенный в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ РФ) за номером 78384-20, предназначен для отбора проб воздуха в поглотительные приборы по методикам измерения концентрации газовых примесей в атмосферном воздухе.

По своим метрологическим характеристикам, а именно, погрешности измерения объема и объемного расхода воздуха не превышает 5%, что полностью удовлетворяет требованиям, установленным методиками измерения концентрации газовых примесей в атмосферном воздухе, разработанных в ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ «ГГО»).

Допускается использование аспиратора АПВ 4МЦ для проведения измерений концентрации газовых примесей в атмосферном воздухе, так как он имеет характеристики не хуже моделей аспираторов, указанных в разделе 5 методик измерения «Требования к средствам измерения, вспомогательным устройствам, материалам и реактивам».

Дополнительно следует отметить, что аспиратор имеет функцию автоматического приведения к нормальным условиям.

Зам. директора

М.А. Ищенко

Исп. И.С. Яновский

Тел. (812) 297-64-52